

Rapporto di Prova N. 4050/14

Firenze 16/10/14

Committente: TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL
V.le Belfiore 9 - (p.III) 50144 FIRENZE (FI)

Numero campione: 4.050 Data ricevimento: 15/10/14
 Categoria Merceologica: - VINI DOCG/DOC/IGT
 Prodotto dichiarato: D.O.C.G. Chianti Rufina
 Descrizione Campione: CHIANTI RUFINA 2009
 Etichetta Campione: VERB. 8534 DEL 15/10/14
 Descrizione Sigillo: Integro
 Campione presentato da: committente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Nella colonna Incertezza è riportata l'INCERTEZZA ESTESA, calcolata con livello di probabilità 95 % e $k = 2$, espressa nella stessa unità di misura del risultato.

I limiti riportati sono ricavati dalla legislazione vigente e sono espressi nella stessa unità di misura del risultato.

Il laboratorio garantisce l'aggiornamento di tali valori e mette a disposizione dei clienti che lo richiedano un documento (IO 10-1-1 rev.9) che riassume i riferimenti da cui tali limiti sono ricavati.

Data	Nome Prova e Metodo Analitico	Unità di misura	Valore	Incertezza	Limite
16/10/14	.TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO OIV-MA-AS312-01A R2009	% vol.	14.96	± 0.14	
16/10/14	.ZUCCHERI (glucosio e fruttosio) MIP 41 2012 Rev.2	g/l	0.3	± 0.1	Max 4
16/10/14	.TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L154 17/06/2009 All I pto 15 + OIV-MA-AS312-01A R2009 + MIP 41 2012 Rev.2	% vol.	14.98	± 0.14	Min 12
16/10/14	.ESTRATTO SECCO TOTALE OIV-MA-AS312-03B R2012	g/l	27.9	± 0.4	
16/10/14	.ESTRATTO NON RIDUTTORE OIV-MA-AS2-03B R2012 + MIP 41 2012 Rev.2	g/l	27.6	± 0.4	Min 21
16/10/14	.ACIDITA' TOTALE OIV-MA-AS313-01 R2009	g/l acido tartarico	4.99	± 0.28	Min 4,5
16/10/14	.ACIDITA' VOLATILE OIV-MA-AS313-02 R2009	g/l acido acetico	0.72	± 0.06	Max 1,2
16/10/14	.ANIDRIDE SOLFOROSA OIV-MA-AS323-04B R2009	mg/l	9	± 2	
	Anidride solforosa libera	mg/l	67	± 8	Max 150
	Anidride solforosa totale				

Il Responsabile del Laboratorio
(dott. chim. Laura Mazzanti)



MAMMOLI VERONICA



Gli Analisti

AW

Pagina 1 di 1

